

**Informe Final de Evaluación de Ofertas Técnicas
SUPBANCO-DAF-CM-2021-0065**

A : **Angel Pérez Quezada**
Encargado División de Compras

Vía : **Yudhilma Montes de Oca**
Analista División de Compras

Asunto : Informe final del proceso SUPBANCO-DAF-CM-2021-0065
para el suministro de medicamentos y recetarios médicos impresos para uso
del dispensario médico de la institución.

Fecha : 06 de octubre del 2021

1) Introducción

Como peritos evaluadores del proceso Compra menor Dirigido a SUPBANCO-DAF-CM-2021-0065, relacionado a suministro de medicamentos y recetarios médicos impresos para uso del dispensario médico de la institución, procedimos a evaluar las propuestas recibidas de los siguientes oferentes:

1. BRONTILLO, SRL
2. IDEMESA, SRL
3. FARMATEM, SRL
4. CG BIOMEDICAL, SRL

2) Objetivo

El objetivo de este informe consiste en verificar y evaluar las propuestas técnicas enviadas por los oferentes correspondiente al proceso "SUPBANCO-DAF-CM-2021-0065" en cumplimiento con el término de referencia citado en el presente informe.

3) Criterios de evaluación

Para la revisión se consideraron los requisitos indicados en el documento de ficha técnica presentado de acuerdo con el término de referencia del proceso, bajo el criterio de evaluación **CUMPLE / NO CUMPLE**.

4) Resultados Evaluación Técnica:

El proceso de evaluación técnica se realizó por parte de los peritos evaluadores, luego de analizar las informaciones suministradas en las propuestas técnicas, muestras y subsanaciones entregadas relacionadas al suministro de medicamentos y recetarios médicos impresos para uso del dispensario médico de la institución los resultados fueron los siguientes:

AS
OP

Ítem	Descripción	Farmatem, SRL	Brontillo SRL	Idemesa, SRL	CG Biome- dical, SRL
Credenciales		Criterios de Evaluación CUMPLE/ NO CUMPLE			
1	Formulario de Presentación de Oferta. (SNCC.F.034)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
2	Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.D.042).	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
3	Certificación de la DGII que se encuentra al día en el pago de sus impuestos.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
4	Certificación emitida por la TSS, que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la seguridad social.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
5	Copia de su registro mercantil vigente.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
6	Certificación de Clasificación MIPYMES, emitido por el Ministerio de Industria y Comercio y MiPymes.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
7	Constancia Registro de Proveedor del Estado (RPE), el cual debe estar actualizado y marcado en la casilla Certificación MiPymes como (Sí) de acuerdo con lo requerido en los términos de referencia del proceso.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Oferta Técnica					
1	Ficha técnica. El oferente deberá presentar una propuesta técnica que describa los insumos a ofertar, características, así como cualquier otro elemento que describa su propuesta. Es obligatorio presentar imágenes claras y a color de los siguientes productos: Esfigmomanómetro manual y digital, oxímetro, Glucómetro, Tirillas y lancetas para el glucómetro.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
2	Presentar Certificado de Registro Sanitario de los medicamentos requeridos de cada producto, el cual deberá constar al realizar la consulta del registro sanitario en la página del Ministerio de Salud Pública.	Cumple	Cumple	Cumple	N/A
3	Formulario de Entrega de Muestras (SNCC.F.056). El oferente deberá entregar muestras de acuerdo con solicitado en el punto No.3 del presente término de referencia en el formato solicitado, ver anexo documento al proceso.	Cumple	Cumple	Cumple	N/A

AS
OP

4	Informe de Homologación de Muestras (SNCC.F.057). Cumplimiento de las muestras	Cumple: ver informe de homologación de muestras No.057	No Cumple/ ver informe de homologación de muestras No.057	Cumple: para varios ítems Ver informe de homologación de muestras No.057	No Cumple (No presentó oferta) ver informe de homologación de muestras No.057
---	--	--	---	--	---

4.1 Cuadro de medicamentos y aparatos: Estos ítems no fueron solicitadas muestras físicas.

Ítem	Cantidad	U. medida	Descripción	Presentación
1	2	UND	Esfigmomanómetro Digital	N/A
2	1	UND	Esfigmomanómetro Manual	N/A
3	2	UND	Oxímetro	N/A
5	3	UND	Glucómetro	N/A
7	2	CAJ	Lancetas para Glucómetro	N/A
8	6	CAJ	Tirillas para Glucómetro	N/A
12	30	UND	Papel de camilla	Rollo
14	100	UND	Especulo Otológico	N/A
15	100	Bloq	Recetarios médicos impresos color azul (ver arte anexo con el Pantone correspondiente).	Talonario
16	1	CAJ	Curitas redondas	N/A
17	4	CAJ	Gazas estériles 4 x 4	N/A
18	1	CAJ	Micropore 7.6 CM x 9.1	N/A
19	4	CAJ	Dexlansoprazol 60 Mg	N/A
20	3	CAJ	Clonixinato de Lisina 125 Mg/ Propinox Clorhidato	N/A

AS
OP

4.2 Cumplimiento por ítem de cada oferente según oferta técnica presentada:

Detallamos los oferentes de acuerdo con su oferta técnica presentada **CUMPLE/ NO CUMPLE** por ítem según lo establecido en los términos de referencia del proceso:

Ítem	Descripción	Farmatem, SRL	Brontillo, SRL	Idemesa, SRL	CG Biomedical, SRL
		CUMPLE /NO CUMPLE			
1	Esfigmomanómetro Digital	Cumple	No Presentó Oferta	Cumple	Cumple
2	Esfigmomanómetro Manual	Cumple	No Presentó Oferta	Cumple	Cumple
3	Oxímetro	Cumple	No Presentó Oferta	Cumple	Cumple
5	Glucómetro	Cumple	No Presentó Oferta	Cumple	Cumple
7	Lancetas para glucómetro	Cumple	No Presentó Oferta	Cumple	Cumple
8	Tirillas para glucómetro	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple
12	Papel de camilla	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
14	Especulo Otológico	No Cumple	No Presentó Oferta	No Presentó Oferta	No Presentó Oferta
15	Recetarios médicos impresos color azul (ver arte anexo con el Pantone correspondiente).	Cumple	No Presentó Oferta	No Presentó Oferta	No Presentó Oferta
16	Curitas redondas	Cumple	Cumple	Cumple	No Presentó Oferta
17	Gazas estériles 4 x 4	Cumple	Cumple	Cumple	No Presentó Oferta
18	Micropore 7.6 CM x 9.1	No Cumple	No Presentó Oferta	Cumple	No Presentó Oferta
19	Dexlansoprazol 60 Mg	Cumple	No Presentó Oferta	Cumple	No Presentó Oferta
20	Clonixinato de Lisina 125 Mg/ Propinox Clorhidato	Cumple	No Presentó Oferta	Cumple	No Presentó Oferta

1. **Farmatem, SRL Cumplen** para los ítems: **No.1** esfigmomanómetro digital, **No.2** esfigmomanómetro manual, **No.3** Oxímetro, **No.5** glucómetro, **No. 7** lancetas, **No. 8** tirillas para glucómetro, **No.12** Papel Camilla, **No. 15** recetarios médicos impresos color azul, **No.16** curitas redondas, **No.17** Gazas estériles 4x4, **No.19** Dexlansoprazol 60 Mg y **No. 20** Clonixinato de Lisina 125 Mg/ Propinox Clorhidato.

No cumple para el ítem **No.14** Especulo otológico ya presentó muestra de espéculo vaginal, envés de lo requerido en los términos de referencia. Esto fue confirmado debido a que de manera voluntaria el oferente envió muestra física, siendo este un requisito no requerido en el proceso. **No.18** Micropore 7.6 cm x 9.1, ya que la oferta presentada fue por UND envés de CAJ de acuerdo con lo solicitado en las especificaciones técnicas, esta información fue confirmada con el oferente.

2. **Brontillo SRL, Cumple** para los ítems: **No. 12** Papel Camilla, **No.16** curitas redondas, **No.17** gazas estériles 4x4.

No cumple para los ítems **No.1** esfigmomanómetro digital, **No.2** esfigmomanómetro manual, **No.3** oxímetro, **No.5** glucómetro, **No. 7** lancetas, **No. 14** especulo otológico, **No. 15** Recetarios médicos impresos, **No. 18** Micropore 7.6 CM x 9.1, **No. 19** Dexlansoprazol 60 mg, y **No. 20** Clonixinato de

AS
OP

Lisina 125 Mg/ Propinox Clorhidrato, ya que no presentó oferta para estos ítems. **No. 8** tirillas, deben ser compatible con el glucómetro a ofertar y el oferente no presento oferta para el aparato.

3. **Idemesa SRL, Cumple para los ítems: No.1** esfigmomanómetro digital, **No.2** esfigmomanómetro manual, **No.3** oxímetro, **No.5** glucómetro, **No. 7** lancetas, **No. 8** tirillas, **No. 12** Papel Camilla, **No.16** curitas redondas, **No.17** Gazas estériles 4x4, **No.18** Micropore 7.6 cm x 9.1, **No.19** Dexlansoprazol 60 Mg y **No. 20** Clonixinato de Lisina 125 Mg/ Propinox Clorhidrato.

No cumple para los ítems: No. 14 Especulo Otológico y **No. 15** Recetarios médicos impresos color azul, ya que no presento oferta para estos ítems.

4. **CG Biomedical, SRL Cumple para los ítems: No.1** esfigmómetro digital, **No.2** esfigmomanómetro manual, **No.3** oxímetro, **No.5** glucómetro, **No. 7** lancetas, **No. 8** tirillas, **No. 12** Papel camilla.

No cumple para los ítems: No. 14 especulo otológico, **No. 15** Recetarios médicos impresos, **No.16** curitas redondas, **No.17** gazas estériles 4x4, **No. 18** Micropore 7.6 CM x 9.1, **No. 19** Dexlansoprazol 60 mg, y **No. 20** Clonixinato de Lisina 125 Mg/ Propinox Clorhidrato ya que no presentó oferta para estos ítems.

5) Cuadro resumen evaluación de Informe Homologación de muestras solicitadas:

No.	Ítems	Descripción	Farmatem, SRL	Brontillo, SRL	Idemesa, SRL	CG Biomedical, SRL
			CRITERIO DE EVALUACION CUMPLE /NO CUMPLE			
1	4	Captopril 25MG C/30 tabletas	Cumple	No Cumple/ Medicamento Genérico	Cumple	No presentó muestra para este ítem
2	6	Acido Mefenámico de 500 Mg C/100 en tabletas	Cumple	No Cumple/ Medicamento Genérico	Cumple	No presentó muestra para este ítem
3	9	Cetirizina Dihidrocloruro 10 Mg C/ 20 en tabletas	No Cumple/ Medicamento Genérico	No Cumple/ Medicamento Genérico	Cumple	No presentó muestra para este ítem
4	10	Diclofenaco Sódico 100 Mg C/100 comprimidos	No Cumple/ Medicamento con complejo b como componente adicional al diclofenac	No Cumple/ Medicamento Genérico	No Cumple/ Medicamento Genérico	No presentó muestra para este ítem
5	11	Paracetamol 750 Mg C/20	Cumple	No Cumple/ Medicamento Genérico	Cumple	No presentó muestra para este ítem
6	13	Antigripal con los componentes (Acetaminofén 500 Mg, Clorhidrato de Fenilefrina 5 Mg, Maleato de Clorfeniramina 2 Mg).	No Cumple/ Muestra con un componente no solicitado en las especificaciones técnicas, la muestra contiene amantadina HCL.	No Cumple/ Presentó muestra de antigripal en jarabe y las especificaciones técnicas se solicitó presentación en tabletas	Cumple	No presentó muestra para este ítem

AS
OP

5.1 Resultados del informe de homologación de muestras:

- a) **Farmatem SRL, Cumplen para los ítems: No. 4** Captopril 25 mg, **No. 6** Acido Mefenámico, ítem **No. 11** Paracetamol 750 mg.

No cumple para los ítems: No. 9 Cetirizina Dihidrocloruro 10 mg: Corresponde a un medicamento genérico), **No. 10** Diclofenaco Sódico 100 mg: Presentó Diclofenaco combinado con complejo B, como componente adicional al diclofenaco, siendo este un

componente no solicitado en las especificaciones técnicas **No. 13** Antigripal con los componentes (Acetaminofén 500 Mg, Clorhidrato de Fenilefrina 5 Mg, Maleato de Clorfeniramina 2 Mg): Muestra presentada con un componente no solicitado en las especificaciones técnicas (Amantadina HCL).

- b) **Brontillo SRL**, No cumple para los ítems: **No.4** Captopril 25 mg, **No. 6** ácido mefenámico, **No. 9** Cetirizina Dihidrocloruro 10 mg, **No. 11** Paracetamol 750 mg, **No. 10** Diclofenaco 100mg, debido a que presentó muestras genéricas; y ítem **No. 13** Antigripal con los componentes (Acetaminofén 500 Mg, Clorhidrato de Fenilefrina 5 Mg, Maleato de Clorfeniramina 2 Mg): Presentó muestra de antigripal en jarabe y en las especificaciones técnicas se solicitó la presentación en tabletas.
- c) **Idemesa SRL**, Cumple para los ítems: **No.4** Captopril 25 mg, **No. 6** ácido mefenámico, **No. 9** Cetirizina Dihidrocloruro 10 mg, **No. 11** Paracetamol 750 mg, y ítem **No. 13** Antigripal con los componentes (Acetaminofén 500 Mg, Clorhidrato de Fenilefrina 5 Mg, Maleato de Clorfeniramina 2 Mg).
- No cumple para el ítem No. 10** Diclofenac 100mg ya que la muestra presentada corresponde a medicamento genérico.
- d) **CG Biomedical, SRL**, No cumple este oferente no presentó oferta para medicamentos.

Conclusión:

A continuación, son presentados cuadro resumen con los resultados obtenidos de la evaluación y cumplimiento técnico de las propuestas por cada oferente y cumplimiento en las muestras entregadas.

Ítem	Descripción	Farmatem, SRL	Brontillo, SRL	Idemesa, SRL	CG Biomedical, SRL
1	Esfigmomanómetro Digital	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple
2	Esfigmomanómetro Manual	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple
3	Oxímetro	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple
4	Captopril 25MG C/30	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
5	Glucómetro	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple
6	Acido Mefenámico de 500 Mg C/100	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
7	Lancetas para Glucómetro	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple
8	Tirillas para Glucómetro	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple
9	Cetirizina Dihidrocloruro 10 Mg C/ 20 en tabletas	No Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple

AS
OP

Ítem	Descripción	Farmatem, SRL	Brontillo, SRL	Idemesa, SRL	CG Biomedical, SRL
10	Diclofenaco Sódico 100 Mg C/100 comprimidos	No Cumple	No Cumple	No Cumple	No Cumple
11	Paracetamol 750 Mg C/20	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
12	Papel de camilla	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
13	Antigripal con los componentes (Acetaminofén 500 Mg, Clorhidrato de Fenilefrina 5 Mg, Maleato de Clorfeniramina 2 Mg).	No Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
14	Especulo Otológico	No Cumple	No Cumple	No Cumple	No Cumple
15	Recetarios médicos impresos color azul (ver arte anexo con el Pantone correspondiente).	Cumple	No Cumple	No Cumple	No Cumple
16	Curitas redondas	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple
17	Gazas estériles 4 x 4	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple
18	Micropore 7.6 CM x 9.1	No Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
19	Dexlansoprazol 60 Mg	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
20	Clonixinato de Lisina 125 Mg/ propinox Clorhidato	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple

1. **Farmatem, SRL** Cumplen para los ítems: **No.1** esfigmomanómetro digital, **No.2** esfigmomanómetro manual, **No.3** Oxímetro, **No. 4** Captopril 25 mg, **No.5** glucómetro, **No.6** Ácido Mefenámico, **No. 7** lancetas, **No. 8** tirillas, **No. 11** Paracetamol 750 mg, **No.12** Papel Camilla, **No. 15** recetarios médicos impresos color azul, **No.16** curitas redondas, **No.17** gazas estériles 4x4, **No.19** Dexlansoprazol 60 Mg y **No. 20** Clonixinato de Lisina 125 Mg/ Propinox Clorhidato.
2. **Brontillo SRL**, **No. 12** Papel Camilla, **No.16** curitas redondas, **No.17** gazas estériles 4x4.
3. **Idemesa SRL**, Cumple para los ítems: **No.1** esfigmomanómetro digital, **No.2** esfigmomanómetro manual, **No.3** oxímetro, **No. 4** Captopril 25 mg, **No.5** glucómetro, **No. 6** Ácido Mefenámico, **No. 7** lancetas, **No. 8** tirillas, **No. 9** Cetirizina Dihidrocloruro 10 mg, **No. 11** Paracetamol 750 mg, **No. 12** Papel Camilla y ítem **No. 13** Antigripal con los componentes (Acetaminofén 500 Mg, Clorhidrato de Fenilefrina 5 Mg, Maleato de Clorfeniramina 2 Mg), **No.16** curitas redondas, **No.17** Gazas estériles 4x4, **No.18** Micropore 7.6 cm x 9.1, **No.19** Dexlansoprazol 60 Mg y **No. 20** Clonixinato de Lisina 125 Mg/ Propinox Clorhidrato.
5. **CG Biomedical, SRL** **No.1** esfigmómetro digital, **No.2** esfigmomanómetro manual, **No.3** oxímetro, **No.5** glucómetro, **No. 7** lancetas, **No. 8** tirillas, **No. 12** Papel camilla.

AS
OP

Firma peritos:

Arlene Serrano

Arlene Serrano De Brador
Encargada de División Salud Ocupacional

Ovidagna Padilla

Ovidagna Padilla González
Asistente Médico